ＪＣＳＳ校正申込書

ニッシン産業 株式会社 殿

受付番号	受付者押印

①下記太枠内に楷書でハッキリとご記入願います。記入間違いによる発生費用はお客様のご負担となります。
②一件(一台)のご依頼毎に、一枚ご記入下さい。　③ご依頼になる計測器の取扱い説明書は必ず同封して下さい。

ご依頼日 平成　　年　　月　　日　　受付年月日:平成　　年　　月　　日

校正証明書宛先 (下に記入された会社名･住所が書類に記載されますので誤記入に注意して下さい。)

フリガナ
名称:

フリガナ
住所:

ご連絡先　TEL:　　所属部署

FAX:　　フリガナ

〒:　　ー　　御担当者

依頼品

本体[品名/型式/シリアルNo/メーカー名]

取扱説明書
添付をお忘れなく！

センサ[品名/型式/シリアルNo/メーカー名]

付属品 □取扱説明書 □ACアダプタ □電源ケーブル □乾電池 □仕様書
□その他 (　　)

校正メニュー

①露点計

JCSS	□	標準	4点 (-5/0/10/20 ℃)
露点	□	追加	-10/5/15 ℃
		(	) ℃
JCSS	□	標準	3点 (30/60/90 %rh)
相対湿度	□	追加	40/50/70/80 %rh
		(	) %rh
JCSS	□	標準	3点 (10/23/40 ℃)
温度	□	追加	0～200℃ (10℃ステップ) /25℃
		(	) ℃

②電子式温湿度計

JCSS	□	標準	3点 (0/10/20 ℃)
露点	□	追加	-10/-5/5/15 ℃
		(	) ℃
JCSS	□	標準	3点 (30/60/90 %rh)
相対湿度	□	追加	10/20/40/50/70/80 %rh
		(	) %rh
JCSS	□	標準	3点 (10/23/40 ℃)
温度	□	追加	0/20/25/30/50/60 ℃
		(	) ℃

③指示計器付温度計

JCSS		標準	依頼品の測定範囲の上限から、下記より選択
温度	□		3点 (0、100、200 ℃) 上限210℃以上
	□		3点 (0、100、150 ℃) 上限160℃以上 210℃未満
	□		3点 (0、50、100 ℃) 上限110℃以上 160℃未満
	□		3点 (0、23、50 ℃) 上限60℃以上 110℃未満
	□		3点 (0、23、40 ℃) 上限60℃未満
	□	追加	0～200 ℃ (10℃ステップ)、23、25℃
		(	) ℃
JCSS	□	標準	3点 (0/23/40 ℃)
温度	□	追加	0/20/25/30/50/60 ℃
		(	) ℃

←ご希望の校正内容のチェックボックスにレ点を付けて下さい。
(追加温度指定の場合はカッコ内にそのままご記入下さい。)

備考欄:

書類の追加発行･再発行

④ＪＣＳＳ校正証明書

□ **追加発行** 全機種共通
□ **再発行** ※朱印付き･コピーではありません。

↓校正の条件等に関しましては、弊社ホームページに記載されておりますので、そちらを御確認下さい。↓

http://www.nissin-san.co.jp/index-of-jcss.htm